



**Гинеколошко-акушерска клиника «НАРОДНИ ФРОНТ»**  
**Београд, Краљице Наталије 62.**  
**Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863**  
**ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888**

---

.....  
Del. broj: O15-16/5-8

Datum: 11.01.2016.

PREDMET: Odgovori na pitanja zainteresovanih lica u postupku javne nabavke br. O15-16 za 2015. god. (potrošni materijal)

**PITANJA:**

1.

Partija 50

Stavka 1 - Pregledne rukavice od prirodnog gumenog latexa, bez pudera, nesterilne, veličina XL, sila kidanja veća od 6N (prosečna 9N)- da ispunjavaju standard EN 455-2, ne smeju da sadrže mercaptobenzotiazol, thiuram, thioureu; mikrohrapave na dlanu; AQL 1,5 na poroznost/propustljivost tečnosti

Stavka 2 - Pregledne rukavice od prirodnog gumenog latexa, bez pudera, nesterilne, veličina M, sila kidanja veća od 6N (prosečna 9N)-da ispunjavaju standard EN 455-2; ne smeju da sadrže mercaptobenzotiazol, thiuram, thioureu; mikrohrapave na dlanu; AQL 1,5 na poroznost/propustljivost tečnosti

Stavka 3 - PVC rukavice univerzalne veličine

Za stavke 1 i 2 tražena je tehničkom specifikacijom sila kidanja veća od 6N (prosečna 9N), kako je standardom EN455 predviđena sila kidanja  $\geq 6N$  molimo da precizirate minimalnu silu kidanja s obzirom da je veoma velika razlika između 6N i prosečne 9N kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji, kao i da precizirate čime se dokazuje sila kidanja.

Čime se dokazuje da rukavice ne smeju da sadrže mercaptobenzotiazol, thiuram, thioureu, da li izjavom proizvođača od strane lica nadležnog za kontrolu kvaliteta?

Za stavku 3 – da li pod PVC rukavicama podrazumevate rukavice od polietilena (kao providne kesice) ili vinilne rukavice?

Partija 51

Tehničkom specifikacijom traženu su sterilne hirurške rukavice sa talkom AQL 1.0 i sterilne hirurške rukavice bez talka AQL 1.5 i samo jedna stavka AQL 1.6, molimo Vas da ukoliko je potrebno usaglasite vrednosti AQL za tražene stavke i da precizirate čime se dokazuje, da li test reportom proizvođača?

#### Partija 52

Na strani 43 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na ispunjavanje dodatnih uslova navedeno je za partiju 52 da između ostalog rukavice treba da poseduju "Patentirani sintetički unutrašnji sloj koji omogućava lako i brzo navlačenje nepuderisanih rukavica".

Molimo Vas za pojašnjenje šta označava patentirani sintetički unutrašnji sloj, s obzirom da ni jedan proizvođač nema patent za traženo kao što ste naveli.

#### Partija 62

Sistem za infuziju (velika fleksibilna inf. komora, aproksimativno 20 kapi po ml., šiljak sa ventilom za vazduh, otvor za vazduh sa 15 mikrometar filterom sa kapicom, mekano crevo otporno na savijanje L 170cm, latex inj.deo i luer lock sa poklopcem,

Molimo Vas da nam pojašnjete šta označava velika fleksibilna inf. komora.

#### Partija 90

Gaza, pamučna nesterilna, 80cm x 100m, obostrano utkan rub, 17 niti tj. 10/7 tkanje

Gaza, pamučna nesterilna, 80cm x 100m, obostrano utkan rub, 20 niti tj. 12/8 tkanje

Molimo Vas da razmotrite Vaše potrebe i omogućite da se ponudi i gaza sa samo utkanim rubom a ne sa obostrano utkanim rubom. Znamo da je GAK Narodni Front jedinstvena ustanova sa posebnim zahtevima u skladu sa prirodom intervencija i procedura koje obavlja, međutim ni Klinički centar Srbije, ni Vojnomedicinska Akademija, ni Klinički centar Niš, ni Klinički centra Kragujevac i mnoge druge ustanove ne insistiraju na obostrano utkanom rubu, jer time favorizuju strane proizvođače, a domaći proizvođači i mnogi drugi koji imaju registrovanu nesterilnu gazu kod ALiMS bivaju diskriminirani i onemogućeni da učestvuju ne tenderu.

Da li se uzorci za hirurške rukavice dostavljaju u originalnom pakovanju (kutija 50 pari) za svaku od traženih veličina ili samo po 1 par od svake veličine ili samo po par za jednu od traženih veličina, kao i za nesterilne rukavice da li se uzorci dostavljaju u originalnom pakovanju (kutija 100komada) za svaku od traženih veličina ili samo po nekoliko komada od svake tražene veličine.

Da li se uzorci dostavljaju samo za partije za koje je navedeno na stranama 43 i 44 konkursne dokumentacije ili za sve partije?

Takođe Vas molimo da još jednom razmotrite vaš zahtev u pogledu dostavljanja ponude:

„Електронска форма се доставља на 1 ЦД/ДВД и садржи: Попуњени електронски документи (word, excel) у делу у ком је предвиђено да се искажу елементи понуде и комплетно скенирана папирна документација у форми pdf. документа као један документ.“

Важећа је папирна понуда. Непопударност између папирне и електронске документације се сматра неприхватљивом.“

Kako učestvujemo za veliki broj partija smatramo da je Vaš zahtev u pogledu dostavljanja kompletno skenirane papirne dokumentacije u formi pdf. dokumenta kao jedan dokument, nerealan jer zahteva skeniranje takoreći jednog registratora dokumenata, a nije ni u duhu Zakona JN da se „непопударност између папирне и електронске документације сматра неприхватљиво“, te Vas molimo da razmotrite mogućnost da se dostavi u elektronskoj formi popunjen elektronski dokument (word, excel) kao bi bilo lakše obrađivanje ponuda od strane naručioca, bez insistiranja na dostavljanju celokupne papirne dokumentacije koja se dostavlja uz ponudu, kao i da ukoliko postoji ne slaganje između dostavljane ponude u elektronskoj i papirnoj formi da se prihvata papirna forma koja je potpisana i overena od strane ponuđača, s obzirom da je Zakon ostavio prostor naručiocu da sve eventualne nejasnoće po otvaranju ponuda reši zahtevom za dodatnim razjašnjenjima upućenim ponuđaču.

2.

U tenderskoj dokumentaciji JN O15-16 PARTIJA 54 - Špricevi :

Zahteva se dodatnim uslovima da kod špriceva na samom proizvodu mora biti fabrički označen naziv i/ili oznaka proizvođača.

Molimo Vas da uvažite da je telo špriceva male površine i da nije uvek moguće aplicirati naziv proizvođača. Takođe, špricevi su pakovani u pojedinačno sterilno pakovanje i adekvatno su obeleženi u skladu sa Pravilnikom što obezbeđuje dobru identifikaciju. Stoga smatramo da nije neophodno da naziv proizvođača bude na samom špricu.

PITANJE:

Da li ćete prihvatiti špriceve bez naziva proizvođača na samom telu šprica?

3.

u skladu sa članom 63, Zakona o javnim nabavkama, obraćamo vam se sa zahtevom za dodatno pojašnjenje i izmenu konkursne dokumentacije, za predmetnu javnu nabavku, u pogledu zahteva za dokazivanje dodatnih uslova.

Kao zainteresovani ponuđači i ekskluzivni distributeri renomiranih evropskih proizvođača potrošnog materijala za anesteziju i intenzivnu negu , molimo Vas da nam odgovorite da li ćete prihvatiti ponudu za Partiju 68, odnosno za filtere sa dole navedenim tehničkim karakteristikama koje minimalno odstupaju od traženih:

-težine 27kg

-Dimenzija 77mm x 68,5 mm

-Tidal volume 150-1500 ml

A s obzirom da se kod svih proizvođača razlikuju određene specifikacije poput veličine, težine, oblika i slično, što svakako ne utiče na kvalitet i efikasnost proizvoda.

S obzirom da za bismo ponudili filtere sa neznatno manjom težinom i neznatno manjom visinom, a koji obuhvataju veći opseg tidal volumena, najljubaznije Vas molimo da prihvatite našu sugestiju i dozvolite minimalna odstupanja od tražene specifikacije.

## **ODGOVORI:**

1. Za partiju 50:

Za stavke 1 i 2 tražena je tehnička specifikacija kojom je definisana sila kidanja (Force at Break), za proizvod pre starenja , Mediana min 9N

Sila kidanja u N za proizvod nakon starenja, Mediana min. 6N

Traženo je da rukavice ne sadže Mercaptobenzotiazol, Thiuram i Thioureu.

Tražena svojstva dokazuju se certifikatom analize (COA) koji izdaje proizvođač. COA treba da bude na memorandumu proizvođača i da bude potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom proizvođača.

Za stavku 3 (partija 50a): rukavice od polietilena.

Za partiju 51:

Umesto AQL 1.6 treba da stoji AQL 1.5 (u pitanju je greška prilikom unošenja podataka).  
Zahtevane karakteristike se dokazuju dostavljanjem tehničke dokumentacije proizvođača.

Za partiju 52:

Proizvođači rukavica koji u svom portfolio imaju rukavice bez pudera patentiraju unutrašnji sintetički sloj kako bi zastitili sastav sloja I ucinkovitost rukavica.

Unutrašnji sloj može imati različite uloge: da omogući lakše navlačenje, otpornost na dezinfekciju, te štetan uticaj na mikrobe (npr Ansell, Molnycke, Semperit, Hartmann, Kimberly Clark)

U ovom slučaju patentirani se odnosi da je činjenica da je patentom proizvođač obezbedio konstantnost i stabilnost sloja I time smanjio proizvoljnost stepena efikasnosti prilikom proizvodnje, time pružajući korisniku maksimalnu zaštitu.

Ovim se ne implicira na jedinstven sastav koji bi bio samo za pojedine proizvođače.

Za partiju 62:

Komora sistema za infuziju potrebno je da bude dovoljno velika i fleksibilna tj. da ne bude od rigidne, tvrde plastike, kako bi infuzioni rastvor proticao bez zastoja i začepljenja inf. sistema. Na taj način je omogućeno sigurno i precizno praćenje kontinuiranog protoka date terapije. U komori je neophodno da postoji određena zapremina inf. tečnosti u količini od najmanje 2 ml koja se stvara manuelnom fleksijom komore kod uključivanja infuzije.

Za partiju 90:

GAK Narodni front, kao ustanova, je u obavezi da nabavlja robu u skladu sa svojim specifičnim potrebama i u tom smislu navede što precizniju tehničku specifikaciju (opis proizvoda). Rad sa gazom sa obostrano utkanim rubovima ima svojih prednosti (lakša manipulacija, manji gubitak, veća iskoristljivost... ). Na osnovu analize tržišta, postoje više proizvođača takve gaze.

Naručilac nije u obavezi da oblikuje konkursnu dokumentaciju prema zahtevima pojedinih ponuđača, već u skladu sa svojim potrebama poštujući načelo efikasnosti i ekonomičnosti (član 9. ZJN)

Navođenje ustanova koje ne traže ista medicinska sredstva kao GAK Narodni front nije argument za izmenu konkursne dokumentacije, jer sve ustanove koje ste nabrojali imaju zakonsku obavezu da nabavljaju robu u skladu sa svojim specifičnim potrebama.

Naručilac ostaje pri svojim zahtevima.

**Uzorci se ne dostavljaju uz ponudu.** Prema navodima konkursne dokumentacije Naručilac može naknadno da zahteva dostavu uzoraka za pojedine partije postupka ukoliko smatra da je to neophodno radi pravilnije ocene dostavljenih ponuda. Ukoliko bude zahtevana dostava uzoraka, biće preciziran način dostave istih.

Ponuda se dostavlja u skladu sa uputstvom o sačinjavanju ponude koje je sastavni deo konkursne dokumentacije.

2. Naručilac je tehničku dokumentaciju za navedeni postupak javne nabavke sačinio imajući u vidu svoje potrebe ali i višegodišnje iskustvo vezano kako za sam postupak javne nabavke, tako i za iskustvo upotrebe špriceva i njihove isporuke tokom ugovorenog roka. Naime, u prethodnim godinama naručilac je imao prilike da se uveri da su pojedini ponuđači prilikom isporuke ugovorenih dobara isporučivali dobra drugačijeg kvaliteta od onog koji je ugovoren iako su ta dobra bila adekvatno obeležena na samoj ambalaži. Iz tog razloga, od krucijalnog značaja za zakonitost realizacije ugovora o javnoj nabavci i procenje realizacije ugovora je adekvatno obeležavanje proizvoda na samom telu, kako bi se naručilac zaštitio od nesavesnih ponudjača i osigurao isporuku onih dobara koja su ugovorena u postupku javne nabavke.

Osim navedenog, označavanje fabričkog znaka ili naziva proizvođača na samom telu šprica je od značaja za praćenje eventualnih neželjenih dejstava i njihovog sprečavanja, jer je u slučaju pojave neželjenog dejstva suštinski važno identifikovanje proizvoda i proizvođača, što je, imajući u vidu prirodu dobra, nemoguće utvrditi nakon otvaranja i bacanja ambalaže.

I na kraju, naručilac je sasvim siguran da ovakvim zahtevom nije izvršio povredu nijedne odredbe Zakona o javnim nabavkama imajući u vidu da je ispitivanjem tržišta, ali i na osnovu svog iskustva, već utvrdio da veliki broj potencijalnih ponuđača može da ispuni navedeni zahtev. Samim tim, naručilac je obezbedio konkurenciju u svemu poštujući načelo obezbeđivanja konkurencije, načelo zabrane diskriminacije ponudjača i odredbe koje regulišu načine određivanja tehničkih specifikacija.

Na osnovu svega navedenog, naručilac ostaje pri svom zahtevu i ponude koje sadrže špriceve bez oznake proizvođača na telu šprica će odbiti kao neodgovarajuće, tj. neprihvatljive.

3. Prihvatljiva su minimalna odstupanja u navedenim karakteristikama: težina, dimenzija i Tidal volume. Obavezna je dostava prospekta (kataloga) kojim će se dokazati da ponuđeno dobro ispunjava sve ostale postavljene zahteve tehničke specifikacije.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU