

GAK NARODNI FRONT
Beograd, Kraljice Natalije 62
Дел.број: 18015- 2019-0061
Датум: 03/01/2019

Odgovori na pitanja zainteresovanih lica u postupku O18-14, materijal za održavanje higijene po partijama

PITANJA:

U konkursnoj dokumentaciji za JN br. O18-14/18 - Materijal za održavanje higijene, molimo Vas za dodatnim pojašnjenjem vezano za partiju 2 – Kese za odlaganje medicinskog i infektivnog otpada i partiju 4 – Kutije za tretiranje medicinskog i infektivnog otpada.

Prvi zahtev za pojašnjenje se odnosi na to što ste u partiji 4 za obe zapremine kutija za oštре elemente definisali da poseduju oznaku UN koda, ali niste nigde u okviru konkursne dokumentacije naveli kojim dokumentom i na koji način se to dokazuje, pa Vas molimo da to na neki način dodate uslovima koje ponuđači treba da ispune, odnosno dokažu.

Naime, **UN kod** se dodeljuje na osnovu izvršenog ispitivanja isključivo od strane Akreditovane laboratorije (nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje spisak akreditovanih laboratorijskih ustanova u našoj zemlji) koja je ovlašćena za ovu specifičnu vrstu ispitivanja koja se vrši u skladu sa odredbama međunarodnog ADR sporazuma.

Takođe, sve napred navedeno važi i za Kese za infektivni otpad u partiji 2, gde bi u trebalo takođe da zahtevate posedovanje UN koda, a onda i da definišete kroz konkursnu dokumentaciju način dokazivanja.

Zakonska regulativa za **ambalažu za medicinski otpad** je obuhvaćena kroz odredbe Zakona o transportu opasne robe (Sl. glasnik RS 83/2018) kojim se zahteva da svi učesnici u transportu opasnih materija (proizvođač ambalaže, operater, direktni korisnik) koriste isključivo ambalažu koja ispunjava sve zahteve koji su zakonom predviđeni za ovu vrstu robe.

S tim u vezi, zahtevamo da konkursnu dokumentaciju uskladite sa zakonskom regulativom i predvidite kao jedan od uslova da se dostave i Izveštaji ovlašćene (akreditovane) laboratorijske ustanove za ispitivanje ambalaže za medicinski otpad u kome je naveden UN kod koji pripada toj zapremini kontejnera. U suprotnom ostavljate mogućnost da Vam bude ponuđena ambalaža neodgovarajućeg kvaliteta koja nije, kao što smo već naveli, usaglašena sa zakonskom regulativom .

ODGOVORI:

Obzirom da je u konkursnoj dokumentaciji naznačeno da ponuđene kutije moraju imati oznaku UN koda, za ova dobra je potrebno dostaviti u ponudi ponuđača Izveštaj akreditovane laboratorijske ustanove za ispitivanje ambalaže za medicinski otpad u kojem je naveden UN kod. Iz tog razloga vrši se dopuna dodatnih uslova partije 4.

U partiji 2 ne postoji ovaj zahtev u tehničkoj specifikaciji.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU O18-14