



НАРОДНИ ФРОНТ

интелектуално - стручна клиника

Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број: 18015-2018-8814
Датум: 25/05/2018

Измена техничке спецификације у партији 1 поступка 018-4 (Операциони сто и плафонски операциони систем са 2 операционе лампе, главна и сателит лампа)

Изменама конкурсне документације додаје се и следећа измена:

1)

Уместо:

1.15	Нагибплоченог електроподесив +80/-90°
------	---------------------------------------

Треба да стоји:

1.15	Нагибплоченог електроподесив +90/-90°
------	--

2)

Уместо:

2.4	Дводелна плоча за ноге
-----	------------------------

Треба да стоји:

2.4	Дводелна плоча за ноге са абдукцијом
-----	---

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 018-4