

ГАК НАРОДНИ ФРОНТ
Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број:18015-2019-6527
Датум: 12.4.2019.

Одговори на питања заинтересованих лица у поступку М19/11ДУШЕЦИ И ЈАСТУЦИ

ПИТАЊЕ:

Tehničkom specifikacijom tražen je dušek sa pu penom i memory penom, molimo Vas da precizno definišete:

- gustinu pene i
- debljinu pu i memory pene u centimetrima.

Obzirom da se radi o medicinskoj ustanovi da li tražena navlaka dušeka treba da poseduje karakteristike sa kojima bi mogla da odgovori korišćenju u zahtevnim uslovima bolničke sredine, a to znači da je navlaka:

- vodonepropusna, paropropusna (da ne potparuje pacijenta), da može da se iskuvava na 95 stepeni, da trpi sterilizaciju 134 stepena, odnosno da poseduje sertifikat nezavisne akreditovane laboratorije
- antialergijska, antibakterijska, nezapljiva, odnosno da poseduje sertifikata Oeko-tex 100 proizvođača
- da se može lako prati tj. održavati dezinficijensima.

Kao proizvođač i nosioci Rešenja ALiMS za duške koje se koriste u zdravstvenim ustanovama, moramo da napomenemo da dušeci traženom konkursnom dokumentacijom po kategorizaciji i klasifikaciji medicinskih sredstava spadaju u medicinska sredstva. Isto je proverljivo i na sjatu Agencije za lekove i medicinska sredstva kao i traženjem mišljenja od sam Agencije za lekove i medicinska sredstva. Postoji više nosioca Rešenja ALiMS za duške. Dušeci traženi konkursnom dokumentacijom se koriste u zdravstvenim ustanovama u medicinskim uslovima i kao takvi prema svojoj nameni i karakteristikama koje treba da ispune spadaju u medicinska sredstva, te Vas molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i za stavku dušeka zahtevate da poseduju Rešenje ALiMS.

ОДГОВОРИ:

1.

Карактеристике душека са „ПУ“ пеном:

- густина пене најмање 25кг/м3
- тврдоћа најмање 3,8 кПа
- висина табле ПУ пене 14 цм

Карактеристике душека „memory“ пена:

- густина најмање 40кг/м3
- тврдоћа 1,5 кПа
- висина 2 цм

Карактеристике навлаке:

-водонепропусна ,паропропусна, искувавање на 90 ° С

Својства траженог квалитета навлаке се доказују сертификатом ОЕКО ТЕХ 100 произвођача

Решење ALiMS– у том делу се конкурсна документација неће мењати.

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕМ19/11