



НАРОДНИ ФРОНТ

гинеколошко - акушерска клиника

Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број: 18015- 2019-12504
Датум: 29/07/2019

Одговори 4 на питања заинтересованих лица у поступку О19-9 (потрошни материјал за медицинску намену по партијама)

Postavljeno pitanje	Odgovor
Partija 76, stavke 311, 312, 313: Da li je prihvatljivo ponuditi kombinaciju pojačani krep papir + SMS?	Za partiju 76, stavke 311,312 i 313 i tražena je kombinacija pojačani krep papir + SMS
Partija 78, stavke 316, 317, 318: Da li je prihvatljivo ponuditi ravnu rolnu polipropilen veće gramaže od specificovane i sa razlikom u dimenzijama širine +/-?	Moguće je ponuditi ravnu rolnu veće gramaže polypropilena ali bez razlika u traženim dimenzijama. Potrebo je dostaviti uzorke za sve dimenzije, minimum 2m od svake dimenzije. Uzorci koji se ponude na tenderu,ukoliko zadovoljavaju kriterijume, moraju se isporučivati tokom cele tenderske godine.
Molim Vas precizirajte koji tačno Bowie-Dick test Vam je potreban: - Bowie-Dick VISA - Bowie-Dick gotov test	Bowie-Dick gotov test (test paket)
Partija 85, stavke 330, 337: Molimo Vas da ove stavke izdvojite u zasebnu partiju, jer za ovako specificovanu partiju ponudu može da da samo 1 ponuđač, i to zastupnik plazma sterilizatora. Stavke 331-336 spadaju u potrošni materijal za plazma sterilizator koji mogu da ponude veći broj ponuđača, kao i zastupnik plazma sterilizatora.	Specifikacija traženih dobara nema izmena u ovom delu.
Molimo Vas da precizirate dimenzije ribon trake.	Širina:11 cm Prečnik:3,5cm

Комисија за јавну набавку О19-9