

П О З И В
за доставу понуде

Назив добављача: _____

Адреса: _____

ПИБ: _____, Мат.бр.: _____

Контакт: _____, е-маил: _____

Жиро-рачун _____ Банка: _____

Законски заступник:

Понуда број _____

r.br.	Predmet nabavke	JM	količina	jed.cena bez pdv-a	jed.cena sa pdv-om	ukupna cena bez pdv-a	ukupna cena sa pdv-om	Uslovi
1	igla injekciona 0,8mm x 40mm	kom.	30000					<p>Proizvodi moraju imati sertifikate proizvođača : CE, ISO 13485, FREE SALE CERTIFIKAT, DECLARATION OF CONFORMITY. Dostaviti katalog proizvoda. Uzorci se dostavljaju na zahtev Naručioца. Naziv proizvoda u rešenju ALIMIS-a, katalogu proizvoda, unutrašnjem pakovanju mora biti istovetno i jasno označen. Na samom proizvodu mora biti fabrički označen naziv i /ili oznaka proizvođača.</p>
2	igla injekciona 1,2mm x 40mm	kom.	30000					
3	igla injekciona 0,45mm x 12,7-13mm	kom.	10000					
4	NOVOFINE igla 30G (0,3mm x 8mm) ili ekvivalent (za davanje insulina)	kom.	300					

5	<p>ŠPRIC 2ml, dvodelni, sterilan sa easy open otvaranjem, graduisan na 0,1ml, brojčano označen na svakih 1ml, grafičko obeležavanje na samom špricu u okviru jednog mililitra (podeoci 0,1 i 0,5 i 1ml), mora biti različito definisano dužinom crte ili brojčano, (kako bi se izbegla greska u čitanju podeoka) klip šprica od polietilena, telo (burence) od polipropilena, prilikom upotrebe ne sme biti curenja pored klipa, lagano pokretanje klipa uz smanjenu snagu pritiska, prilikom aplikacije leka neophodno je da klip bude stabilan, kako preostala (minimalna) količina leka ne bi nekontrolisano bila istisnula iz šprica, vrh šprica mora da dobro konektira sa svim tipovima igala uključujući spinalnu i epiduralnu (da ne dolazi do spadanja igle i da ne dolazi do curenja pri aplikaciji leka).</p>	kom.	25000					
6	<p>ŠPRIC 5ml, dvodelni, sterilan sa easy open otvaranjem, graduisan na 0,2ml, brojčano označen na svakih 1ml, klip šprica od polietilena, telo (burence) od polipropilena, prilikom upotrebe ne sme biti curenja pored klipa, lagano pokretanje klipa uz smanjenu snagu pritiska, prilikom aplikacije leka neophodno je da klip bude stabilan, kako preostala (minimalna) količina leka ne bi nekontrolisano bila istisnula iz šprica, vrh šprica mora da dobro konektira sa svim tipovima iglala, uključujući spinalnu i epiduralnu (da ne dolazi do spadanja igle i da ne dolazi do curenja pri aplikaciji leka).</p>	kom.	18000					

7	<p>ŠPRIC 10ml, dvodelni, sterilan sa easy open otvaranjem, graduisan na 0,5ml, brojčano na svaka 2ml, grafičko obeležavanje na samom špricu u okviru jednog mililitra (podeoci 0,5ml i 1ml) mora biti različito definisano dužinom crte (kako bi se izbegla greska u čitanju podeoka), klip šprica od polietilena, telo (burence) od polipropilena, prilikom upotrebe ne sme biti curenja pored klipa, lagano pokretanje klipa uz smanjenu snagu pritiska, prilikom aplikacije leka neophodno je da klip bude stabilan, kako preostala (minimalna) količina leka ne bi nekontrolisano bila istisnula iz šprica, vrh šprica mora da čvrsto konektira sa svim tipovima igala, uključujući spinalnu i epiduralnu (da ne dolazi do spadanja igle i da ne dolazi do curenja pri aplikaciji leka).</p>	kom.	18000					
8	<p>ŠPRIC 20ml, dvodelni, sterilan easy open otvaranje, graduisan na 1ml, brojčano na svakih 5 ml, klip šprica od polietilena, telo (burence) od polipropilena, prilikom upotrebe ne sme biti curenja pored klipa, lagano pokretanje klipa uz smanjenu snagu pritiska, prilikom aplikacije leka neophodno je da klip bude stabilan, kako preostala (minimalna) količina leka ne bi nekontrolisano bila istisnula iz šprica, vrh šprica mora da čvrsto konektira sa svim tipovima igala, uključujući spinalnu i epiduralnu (da ne dolazi do spadanja igle i da ne dolazi do curenja pri aplikaciji leka).</p>	kom.	25000					
9	<p>špric 50ml, sa dugačkim nastavkom - urološki</p>	kom.	240					

10	špric sa navojem, za perfuzione pumpe BBraun Perfusor Space i Alaris, od 50ml (luer lok)	kom.	4080			
Ukupna cena bez pdv-a						
Iznos PDV-a						
Ukupna cena sa PDV-om						

Proizvodi moraju imati sertifikate proizvođača : CE, ISO 13485, FREE SALE CERTIFIKAT, DECLARATION OF CONFORMITY. Dostaviti katalog proizvoda. Uzorci se dostavljaju na zahtev Naručioca. Naziv proizvoda u rešenju ALIMIS-a, katalogu proizvoda i unutrašnjem pakovanju mora biti istovetno i jasno označen. Na samom proizvodu mora biti fabrički označen naziv i /ili oznaka proizvođača. Ponuđeni špricvi moraju biti kompatibilni za rad na infuzionim pumpama proizvođača BBraun i BD Alaris . Radi dokazivanja kompatibilnosti uz ponudu dostaviti izjave proizvođača pumpi, da ponuđeni špricvi mogu da se koriste kao potpuno kompatibilni za korišćenje na infuzionim pumpama navedenih proizvođača. Naručilac zahteva da ponuđeni potrošni materijal mora u potpunosti obezbeđivati redovan, neometan i bezbedan rad i biti kompatibilan sa postojećom opremom. Dostaviti uputstva za upotrebu infuzionih pumpi (BBraun proizvođača i BD Alaris proizvođača) iz kojih se može utvrditi da je ponuđeni špric odobren od strane proizvođača infuzione pumpe.

Рок за подношење понуде	12.12.2022. до 10 часова
Начин подношења понуде	javnenabavke@gakfront.org
Критеријум за оцену понуде	Најнижа понуђена цена
Начин плаћања	Одложено, 60 дана
Начин испоруке / извршења	Након обострано потписаног Уговора, сукцесивна испорука, по захтеву са одељења Апотеке, Фсо магацин купца
Важност понуде	30 дана

***potrebno je da pružalac usluge/privredni subjekt bude registrovan na e-fakturi (upisan u SEF), radi placanja.