

ПОЗИВ
за доставу понуде

Назив добављача: _____

Адреса: _____

ПИБ: _____, Мат.бр.: _____

Контакт: _____, е-маил: _____

Законски заступник _____

Понуда број _____ Датум _____

R. Br.	Opis-CENTRIFUGA	količina	Jed. Cena bez pdv	Jed.cena sa Pdv-om
1	Stona laboratorijska centrifuga, model 2-7 sa slobodno rotirajućim rotorom	1 Kom.		

- **Slobodno rotirajući rotor max kapacitet 24 mesta za epruvete za krv i urin max Ø 16 x 108 mm**
- **Maksimalna brzina sa rotorom 4000 rpm / RFC 2,379 x g**
- Digitalni LED blue displej sa parametrima rada
- 10 programa za rad
- **2 krive ubrzavanja**
- 2 krive kočenja
- Memorija parametara poslednjeg ciklusa
- Odloženi start za parametar koagulacije za serumske **epruvete**
- Tajmer: 10 sekundi do 11h i 59 min;
- **Komora od nerđajućeg čelika**
- **Kontrola balansa - imbalance switch**
- Kontrola prekoračenja brzine
- Minimalno zagrevanje uzorka
- Motorizovano zaključavanje poklopca i automatsko otvaranje
- Dugme za otvaranje u slučaju nepravilnog rada
- Prozor na poklopcu za eksterni nadzor brzine
- Plavo osvetljenje na dnu centrifuge kao indikator rada
- Dimenzije 293 x 378 x 535 mm
- Izrađena prema bezbednosnim standardima za laboratorijsku opremu EN 61010-2-020
- **Ovlašćeni serviser – 2 sertifikovana serviser, sertifikat izdat od strane proizvođača**
- REŠENJE ALIMIS
- Centrifuga 2-7
- Slobodnorotirajući rotor
- 4 adaptera / ukupnog maksimalnog kapaciteta 24 mesta, epruvete za krv i urin Ø 16 x 100 mm, centrifugiranje sa čepom

- Uz ponudu dostaviti I katalog
- GARANCIJA PROIZVOĐAČA
- NEOPHODNA JE INSTALACIJA, OBUKA ZAPOSLENIH NA ODELJENJU BIOHEMIJE

Рок за подношење понуде	22.9.2023. до 10 часова
Начин подношења понуде	javnenabavke@gakfront.org
Критеријум за оцену понуде	Најнижа понуђена цена
Начин плаћања	Одложено, 60 дана
Начин испоруке / извршења	Макс. 30 дана од обострано потписаног Уговора
Важност понуде	30 дана