

.....  
Del. broj: O14-4/5-1

Datum: 08.05.2014.

PREDMET: Odgovori na pitanja ponuđača u postupku javne nabavke br. O14-4 za 2014. god. (hirurški konci)

**PITANJA:**

1. Vašim pojašnjenjem br. 13-4 od 08.05.2013. dozvoljena su sledeća odstupanja od tehničke specifikacije:

- Dužina konca ne može biti manja od zahtevane, a može biti veća.
- Dužina igle može da se razlikuje od zahtevane +/-2mm.

Da li će isti uslovi važiti i u JN 014-4?

2. Konkursnom dokumentacijom se ne predviđa način utvrđivanja usklađenosti tehničke specifikacije sa ponudom ponuđača pa molimo za pojašnjenje na koji način će se usklađenost utvrđivati. Naš predlog je da se kao i na svim predhodnim JN predmetnih dobara zatraži obavezna dostava po jednog uzoraka za svako dobro koje se nudi.

3. U JN-014-4-hirurški konac-u partijama: 1,3,7,8,28,33; da li cete dozvoliti odstupanje u duzini igle za 1mm?

**ODGOVORI:**

1. Dužina konca ne može biti manja od zahtevane, a može biti veća. Dužina igle može da se razlikuje od zahtevane +/-1mm.
2. Konkursna dokumentacija ce biti korigovana, odnosno zahtevaće se dostava uzoraka uz ponudu (po 1 kom. za svako ponudjeno dobro)
3. Dužina igle može da se razlikuje od zahtevane +/-1mm.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU