



*Гинеколошко-акушерска клиника «НАРОДНИ ФРОНТ»*  
*Београд, Краљице Наталије 62.*  
Тел.: **011/ 2068 395, факс 3610 863**  
**ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888**

---

.....  
Дел. број: М16/5-5-1

Датум : 28.03.2016.

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања заинтересованих лица у поступку јавне набавке М16/5 за 2016. год. (стационарни инкубатор)

**ПИТАЊА:**

Молимо Вас да нам дате одговор на следећи захтев за додатно појашњење и измену конкурсне документације, а за предметну јавну набавку.

Као заинтересовани понуђачи у предметној набавци и ексклузивни заступници реномираних светских произвођача опреме који набављате молимо Вас да нас обавестите да ли ћете прихватите доказивање одређеног дела техничке спецификације корисничким упутством или изјавом произвођача с обзиром да код различитих произвођача постоје каталози који се разликују у навођењу техничких спецификација па се самим тим све спецификације и не налазе на предметним каталозима.

-Ставка 4.

Опсег температуре када се мери ваздух унутар инкубатора 20 до 39<sup>0</sup>Ц, уз потврду када желите преко 37<sup>0</sup>Ц.

Да ли под овим подразумевате опсег измерене температуре у инкубатору (опсег температуре када се мери ваздух унутар инкубатора) без обзира на задату, или опсег температуре коју је потребно задати?

Уколико се ставка бр. 4 односи на потребан опсег температуре коју је потребно задати, молимо Вас да измените конкурсну документацију.

Уколико се ова ставка односи на потребан опсег температуре коју је потребно задати да ли прихватате понуду за уређај који има могућност задавања температуре у опсегу од 20-38°Ц, што потпуно задовољава потребе, са потврдом уколико желите преко 37°Ц ?

- Ставка 7.

Да ли прихватате понуду за уређај који има Интегрисану серво контрола влаге уз опсег од 40 до 90% ,што потпуно задовољава потребе, уз тачност до 5 %. што је боље од тражене спецификације?

Остале ставке у потпуности задовољавају тражене карактеристике.

- Као један од додатних услова за учествовање у поступку наводите да је понуђач у обавези да достави следеће

- Изјава издата на меморандуму, дата под материјалном и кривичном одговорношћу, оверена и потписана од стране одговорног лица понуђача да има минимум 5 продатих уређаја понуђеног модела у последњих 5 година (2011, 2012,2013,2014 и 2015);

Овим путем Вас молимо да овај услов или уклоните или промените тако да гласи **минимум 5 продатих уређаја у последњих годину дана ропићеног или неког другог медицинског средства** дана уколико се овим условом доказује пословни капацитет.

Како је апарат који имамо у понуди недавно регистрован у Агенцији за лекове и медицинска средства, и како нисмо били у могућности због наведеног разлога, да учествујемо у поступцима јавних набавки у претходном периоду, да ли ће се прихватити као валидан доказ изјаву минимум 5 продатих уређаја (неког другог медицинског средства) у последњих **годину дана** као и копије уговора о испоруци неког другог медицинског средства?

## **ОДГОВОРИ:**

Одговор на питање број 1)

Наручилац је јасно дефинисао минималне техничке карактеристике. Под траженом ставком наручилац подразумева опсег температуре коју је потребно задати. Наручилац остаје при траженом опсегу, јер су чести случајеви у пракси да је неопходно да температура унутар инкубатора буде 39 степени.

Одговор на питање број 2)

Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао минималне техничке карактеристике, уколико понуђач нуди апарат са бољим карактеристикама његова понуда ће бити прихватљива.

Одговор на питање број 3)

Наручиоцу је битно да се понуђени модел апарата у пракси показао као поуздан. Опште је позната чињеница да здравствене установе ретко занављају опрему. Наручилац остаје при дефинисаном услову.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ