

Наручилац	Гинеколошко-акушерска клиника "Народни фронт"
Адреса	Краљице Наталије 62.
Место	Београд
Број	О14-16/60-3
Датум	02.11.2015. год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС"бр.124/12), директор Клинике доноси:

### ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за партију 63

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу:

- „NEOMEDICA“ ДОО НОВИ САД, Косовска 25/лок.14

#### Образложење

Наручилац је дана 02.12.2014. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. О14-16 за 2014. годину за јавну набавку добара – потрошног материјала. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки 03.12.2014. године и на интернет страници наручиоца. Након доношења Одлуке о додели уговора поднет је Захтев за заштиту права од стране понуђача "Медисал" доо Београд. Наручилац је примио Решење Републичке Комисије за заштиту права и поступио је по назначеним инструкцијама, односно захтевао је од подносиоца захтева за заштиту права да достави документ-доказ из којег је видљив тест сертифициране лабораторије, као доказ да производ који је понуђен у партији 63 отвореног поступка јавне набавке О14-16 за 2014. годину наручиоца ГАК "Народни фронт", испуњава тражену техничку карактеристику (да поседује антимикробска својства минимум 7 дана). Документ је достављен наручиоцу благовремено. Наручилац је донео Одлуку о додели уговора бр. О14-16/60-2 дана 03.07.2015. године. Након доношења Одлуке о додели уговора поднет је Захтев за заштиту права од стране понуђача "Медисал" доо Београд. Наручилац је примио Решење Републичке Комисије за заштиту права и поступио је по назначеним инструкцијама, односно од изабраног понуђача комисија за јавну набавку је затражила писмену изјаву о продужењу рока важности понуде са неизмењеном садржином, а изабрани понуђач је благовремено доставио захтевану писмену изјаву. Након што је утврдила да је наведена понуда и даље релевантна за оцењивање, комисија за јавну набавку је поновила стручну оцену понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда за партију 63 отвореног поступка о14-16 за 2014. годину у којем је наведено:

1) **Врста предмета јавне набавке: добра.**

2) **Подаци о јавној набавци:**

Предмет јавне набавке	Предмет јавне набавке је <i>потрошни материјал</i> (медицински, санитарски, лабораторијски, рентгенски, папир за стерилизацију и медицинске апарате, хемикалије и сл.) и подељен је по партијама. Предмет партије 63 су Флексибилни кружни системи за дисање
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	45,280,000.00 динара укупно Партија 63: 634,603.20 динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање	Средства за предметну набавку су обезбеђена уговором са РФЗО. Апропријација у финансијском плану расхода и издатака и плану набавки за 2014. годину: <b>4267112</b>

3) У предметном поступку, за партију 63 понуде су поднели следећи понуђачи:

- Медисал доо Београд, Скојевска 23, Сурчин
- Неомедика доо Нови Сад, Косовска 25

4) Укупан број поднетих понуда по партијама, јед. цена без ПДВ-а по партији, критеријум "најнижа понуђена цена" :

Redni br. partije	Naziv artikla	Medisal doo	Neomedica doo
	Maticni broj ponudjaca	20524251	08716056
	Delovodni broj ponude	o14-16/39	o14-16/16
	Prijem (datum i vreme)	12.01.2015. u 8.30 h	31.12.2014. u 9.01 h
	rok vazenja ponude i nacin podnosenja	32 dana od otvaranja samostalno	Do 31.12.2015. godine* samostalno
63	fleksibilni kružni sistem za disanje sa antimikrobskom zaštitom, dužine 1,6m + 0,8 grana, balonom od 2 litre i konekcijom 22M/15F-22F-22F; SILVER KNIGHT ili ekvivalent	1,181.00	1,616.00
	rok placanja (dana)	60	60
	rok isporuke (sati)	24	24

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Деловодни број	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
<p>O14-16/39 од 12.01.2015. год. (за партију 63)</p> <p>Понуђена јед. цена 1,181.00 динара</p>	"МЕДИСАЛ" доо Београд	<p>Одбија се као <b>неприхватљива</b> понуда понуђача "МЕДИСАЛ" доо Београд из следећих разлога: Из приложене анализе понуђача "МЕДИСАЛ" доо Београд се за понуђени производ (узорак) каталошки бр. ознаке REG АМАС1780/7 (Limblite системи) <b>не види дејство јона сребра на микробе у периоду од седам дана (није микробиолошка анализа)</b>, већ за AQUAVENT системе истог произвођача који нису предмет набавке.</p> <p>Достављена су само 2 документа, од којих је један појашњење бр. 491/15 од 03.07.2015. год. потписано и оверено од стране самог понуђача-подносиоца захтева. Достављени доказ не може да буде издат од стране понуђача, па стога се исти не може сматрати валидним. Ни у једном делу текста другог приложеног документа "Analytical Report" издат од "Wardell Armstrong International" UK <b>није наведено да производ који подносилац захтева нуди у партији 63 поседује антимицробска својства</b> минимум седам дана. Члановима комисије није био довољан достављени документ као доказ да понуђено добро одговара потребама наручиоца, односно чланови комисије сматрају следеће:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. достављена анализа се односи на стабилност јона сребра у води, не односи се на утицај јона сребра на микробе;</li> <li>2. приложена анализа се односи на системе AQUAVENT, а не на системе који су предмет набавке- LIMB LITE;</li> <li>3. анализа је рађена на захтев продавца јона сребра BIOCOTE, а не на захтев произвођача предмета набавке "Wardell Armstrong International" UK.</li> </ol>

- 6) Назив, односно име понуђача чије су понуде прихватљиве. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:

partija	Naziv artikla	Jedinica mere	kol.	proc. vrednost	ponudjena	jed. Pon.	najpovoljnija	broj ponuda
					cena	cena	ponuda	po partiji
63	fleksibilni kružni sistem za disanje sa antimikrobskom zaštitom, dužine 1,6m + 0,8 grana, balonom od 2 litre i konekcijom 22M/15F-22F-22F;SILVER KNIGHT ili ekvivalent	kom.	357	634,603.20	576.912,00	1.616,00	Neomedica doo	2

- 7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: Комисија у складу са чл. 105 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12) предлаже доделу уговора понуђачу **Неомедика доо Нови Сад, Косовска 25**

\*Комисија за јавну набавку је од изабраног понуђача затражила писмену изјаву о продужењу рока важности понуде са неизмењеном садржином, а изабрани понуђач је благовремено доставио захтевану писмену изјаву. Након што је утврдила да је наведена понуда и даље релевантна за оцењивање, комисија за јавну набавку је поновила стручну оцену понуда и сачинила предметни извештај.

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора за партију 63 отвореног поступка О14-16 за 2014. годину.

**Прилог:** Достављена документација понуђача "МЕДИСАЛ" доо Београд по захтеву 1292/1 од 02.07.2015. и достављена документација понуђача "НЕОМЕДИКА" доо Нови Сад по захтеву О14-16/16-1 од 26.10.2015. године.

Обрадили:

Р. Александрић, дипл. економиста

Одобрио:

Др Радомир Марковић, пом. директора за немедицинске послове

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема исте.



В. Д. ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ:

Проф. др Снежана Ракић

GAK "Narodni front"  
Ul.Kraljice Natalije 62  
11000 BEOGRAD

Odeljenje za opšte i pravne poslove  
- Odsek javnih nabavki -

Predmet: Izjava o produženju roka važnosti ponude

Poštovani,


Na osnovu Vašeg zahteva za pismenom izjavom o produžetku roka važnosti ponude zavedenog pod del.br. 014-16/16-1 od 26.10.2015., a u vezi sa otvorenim postupkom javne nabavke JN br. 014-16 za 2014. i našom ponudom zavedenom kod Vas kao naručioca pod brojem 014-16/16 od 31.12.2014. a za partiju 63 – fleksibilni kružni sistemi za disanje, izjavljujemo da ostajemo pri nepromenjenoj sadržini naše ponude i istoj produžavamo rok važnosti do 31.12.2015.god..

S poštovanjem

„NEOMEDICA“ – Novi Sad

*Vladislav Nemet, direktor*

U Novom Sadu,  
dana 27.10.2015.god.





Medisal d.o.o.  
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,  
INŽENJERING, SERVIS I PRODAJU

MEDISAL d.o.o.  
br. 491/15  
03.07.2015  
BEOGRAD, SRBIJA

GAK Narodni front

Kraljice Natalije 62

11000 Beograd

03.07.2015.

Predmet: Pojašnjenje na zahtev naručioca br. 1292/1 Od 02.07.2015.

Poštovani,

Armstrong Medical Ltd, tj proizvođač ponuđenih dobara koristi BioCote Limited tehnologiju u proizvodnji svojih proizvoda.

BioCote® Limited antimikrobna tehnologija, u formi jona srebra, je dodata u proizvod za vreme presovanja ili ekstrudiranja komponenti. Joni srebra su prisutni na površini ponuđenih dobara i deluju protiv bakterija. Joni srebra sadržani u ponuđenim dobrima se vezuju sa bakterijom i oštećuju njenu ćeliju na više načina i ometaju njihovu normalnu funkciju pri čemu je čine bezopasnom. Time i obezbeđujući antimikrobno svojstvo.


BioCote je tehnologija u formi jona srebra. Armstrong Medical Ltd je koristi se u proizvodnji svih sistema za anesteziju i respiratore kako bi obezbedili antimikrobno svojstvo.

U prilogu Vam dostavljamo traženi sertifikat izdat od strane nezavisne laboratorije Wardell Armstrong International sa brojem 0115 od 20.05.2013., kojim se potvrđuje da proizvod koji smo Vam ponudili, sadrži "BioCote" tehnologiju (antimikrobnu zaštitu) i ima tražena antimikrobna svojstva 7 dana.

Ispitivanje je zasnovano na uzorcima vode u sistemima, u najrigoroznijim uslovima kliničkim i u uslovima, što može povrditi i Proizvođač ponuđenih dobara Armstrong Medical Ltd i sadržane tehnologije koja je u ponuđenim dobrima.

S poštovanjem

Jevrem Đoderović





### Analytical Report

Client: Biocote Limited

Sample: Condensed Water Samples

Sample Received: 16 May 2013

Report Number: 0115

Biocote Ref	WAI Isn	Description	Ag (mg/l)	Ag (mmol/l)
90/091	0969	Control	0.01	0.0002
90/092	0970	Day 1	<0.01	<0.0002
90/093	0971	Day 2	0.01	0.0002
90/094	0972	Day 3	<0.01	<0.0002
90/095	0973	Day 4	<0.01	<0.0002
90/096	0974	Day 5	0.01	0.0002
90/097	0975	Day 6	<0.01	<0.0002
90/098	0976	Day 7	0.01	0.0002
90/099	0977	Day 8	0.01	0.0002
90/100	0978	Day 9	<0.01	<0.0002
90/101	0979	Day 10	<0.01	<0.0002

### Key of Abbreviations

< - Less than the detection limit  
mg/l - Milligrams per litre  
mmol/l - Millimoles per litre  
Isn - Laboratory sample number

Signed: A Semmens

Date: 20 May 2013

Andrea E Semmens MRSC  
Senior Chemist