

Гинеколошко-акушерска клиника «НАРОДНИ ФРОНТ»
Београд, Краљице Наталије 62.
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

Дел. број: О14-16/5-3

Датум: 22.12.2014.

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке бр. О14-16 за 2014.

ПИТАЊА:

1. У вези са објављеном јавном набавком ЈН О14-16 - потрошни материјал и из разлога достављања одговарајуће понуде, а имајући у виду промене на тржишту медицинских средстава које се трудимо pratiti и ми добављачи као и стручно особље медицинске струке, molimo Вас да нам у сарадњи са стручном службом (у овом случају оделjenja анестезије) date blize информације у вези **Partije 63** - SISTEMI ZA DISANJE ZA ANESTEZIJU, i то:

- која је захтевана дужина временског периода (minimalni број дана и I и sati) у којем је неопходно да производ поседује antimikrobska својства
- који је minimalni број група микроба на које si stem треба да је резистentan у validiranom времену koriscenja
- да li је за napred navedeno potrebno dostaviti одређени доказ (npr. analiza или test sertifikovanee laboratorije, uputstvo за upotrebu isl.)

2. Pošto dajemo ponudu samo за једну partiju, да li је potrebno štampati свих 108 partija или се prihvata ако tabelu ponude и tabelu tehničke specifikacije не odštampamo у celosti, nego samo prvu, poslednju и onu stranu на којој се налази ponuđena partija?

3. Obraćamo вам се са molbom за pojašnjenjem konkursne dokumentacije за јавну nabavku potrošnog materijala, број О14-16.

3.1. Šta се tačno podrazumeва под појмом *easy open* у partiji 51, код stavki 1,2,3,4?

3.2. Да li је неопходно да добра из partija 50 и 51 поседују и FDA сертификат ако već поседују CE, ISO 13485, FREE SALE CERTIFIKAT I DECLARATION OF CONFORMITY, с obzirom да је FDA paralela EC sertifikatu за američko tržište?

ОДГОВОРИ:

1.

- Захтевана дужина временског периода у којем је неопходно да производ поседује antimikrobska својства је minimum 7 дана;
- Minimalni број група микроба на које sistem треба да је резистentan у validiranom времену koriscenja је 6;
- За napred navedeno potrebno је dostaviti одређени доказ I то: test sertifikovane laboratorije.

2. Možete dostaviti obrasce који се односе само на partiju у којој učestvujete. Delove obrasca I obrasce који се не односе на partiju коју сте ponudili не морате štampati I dostavljati уз ponudu.

3.

3.1. Easy open pakovanje omogućava pravilno uzimanje sprica из blister pakovanja. На крају pakovanja на коме се налази klip sprica, обе stranice pakovanja иза linije pripoja, дужине су 1cm и znatno duže у poredjenju са onима на страни на којој је врх sprica, како би korisniku

bilo naglaseno sa koje strane otvara pakovanje. Na ovaj nacin moguće je izbeci pogresno otvaranje blister pakovanja sa strane na kojoj je vrh sprica, a koji ne treba dodirivati kako ne bi doslo do kontaminacije dodirom, vec spric izvaditi iskljucivo drzeci ga za klip.

3.2. Nije neophodno.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ