

Гинеколошко-акушерска клиника «НАРОДНИ ФРОНТ»
Београд, Краљице Наталије 62.
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

Дел. број: О14-16/5-6

Датум: 30.12.2014.

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке бр. О14-16 за 2014.

ПИТАЊА:

I Molimo Vas za dodatna pojašnjenja u vezi javne nabavke br. O14 – 16 za dole navedene partije:

1.Partija 18 i 19 – Tražena su predmetna stakla 76x263mm, da li je u pitanju greška jer su standardne dimenzije predmetnih stakala 76x26mm?

2.Da li je potrebno popunjavati ugovor za svaku partiju ili je prihvatljivo naznačiti na jednom ugovoru sve partije za koje ponuđač konkuriše?

II

1. U okviru stavki 7 i 10 partije 26 zahtevaju se Vakuum epruvete za uzimanje krvi – za koagulaciju, 13x75mm sa natrijum citratom kao antikoagulansom.
Obzirom da su testovi koji služe za određivanje koagulacionog statusa veoma specifični i da je za pouzdane rezultate veoma važan pravilan i konstantan odnos krvi i antikoagulansa, molimo Vas da precizirate da li je za ove dve stavke potrebno ponuditi vacuum epruvete za uzimanje krvi – ua koagulaciju, **sa duplim zidom?**

Pojašnjenje: Epruveta sa “duplim” zidom podrazumeva dve epruvete, jednu u drugoj koji su израђене од различитих врста пластике. Спољашња је израђена од PET (polietilen tereftalat) пластике и њен “zadatak” је да спречи продор ваздуха у унутрашњост епрувете и губитак вакуума. Унутрашње је израђена од PP (polipropilen) пластике и спречава испараванје антикоагуланса. Овако израђена епрувета гарантује стабилност вакуума и константну запремину антикоагуланса чиме је обезбеђен правilan однос крви и антикоагуланса током читавог рока употребе епрувете.

О значају квалитета вакуум епрувете за коагулацију говори и појашњење конкурсне документације Клиничког центра Србије којим се insistira на епруветама за коагулацију са duplim zidom (u pilogu). (napomena: cena “obične” vacuum epruvete za koagulaciju i sa “duplim” zidom je identična).

2. Preporuka CLSI-a (Clinical and Laboratory Standards Institute), tela koje se bavi standardima u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici, je da proizvodi koji čine komplet za uzorkovanje biološkog materijala budu od istog proizvođača zbog kompatibilnosti.

Kako u konkursnoj dokumentaciji nije navedeno, molimo Vas da precizirate da li je za partiju 26 potrebno da sve ponuđene vakuum epruvete, igle i holder budu od istog proizvođača?

Naše dosadašnje iskustvo pokazalo je da zdravstvene ustanove praktikuju da koriste proizvode za uzorkovanje biološkog materijala od jednog proizvođača zbog njihove međusobne kompatibilnosti i neželjenih događaja koje može da uzrokuje mešanje proizvoda koji čine sistem od različitih proizvođača (uključujući hemolizu, nemogućnost da se igla čvrsto zašrafi za holder te se igla klata, gubitak vakuuma u epruveti zbog nepravilnog „bušenja“ čepa epruvete iglom što dovodi do nedovoljnog punjenja epruvete i samim tim i nepravilnog odnosa krvi i antikoagulansa).

ODGOVORI

I

1.76X26 MM

2. Model ugovora se popunjava zbirno za sve ponudjene partije.

II

1. Za ove dve stavke potrebno je ponuditi vacuum epruvete za uzimanje krvi, za koagulaciju sa duplim zidom.

2. Potrebno je za partiju 26 da sve ponudjene vacuum epruvete, igle i holder budu od istog proizvođača.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ