

Гинеколошко-акушерска клиника «НАРОДНИ ФРОНТ»  
Београд, Краљице Наталије 62.  
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863  
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

Дел. број:

Датум:

**ПРЕДМЕТ:** Одговори 4 на питања понуђача у поступку јавне набавке бр. 016-15 за 2016. год. (потребни материјал)

**ПИТАЊА:**

**1.** U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a u vezi sa JN 016-15 – потрошни материјал, molimo vas da nam odgovorite na pitanje da li se radi o štamparskoj grešci za partiju 51, где je pod rednim brojevima 195, 196, 197 и 198 стоји „рукавице pregledne sa puderom“.

Smatramo da je dosta neobično da se u ovoj referentnoj zdravstvenoj ustanovi traže рукавице pregledne sa puderom budući da znamo da se već nekoliko godina unazad u GAK-u koriste NEPUDERISANE pregledne rukavice, a obzirom na radni ambijent i medicinske procedure u GAK-u gde je потреба izraženo iskazana потреба заштите pacijenata i medicinskog osoblja obzirom na karakter i značaj ustanove.

Naime radi se o praksi rada sa najjeftinijim rukavicama koje sve više izlaze u upotrebe čak i kod nas, a u SAD je njihovo regulatorno telo FDA prošle godine (mart 2016) pokrenuo postupak za zabranu pometa i rada sa ovim rukavicama zbog štetnog dejstva pudera kojim se prenose proteini koji su uzročnici raznih alergija ali i bolesti koje proteini izazivaju (u prilogu je dokument sa web stranice FDA)

**2.** U vezi јавне набавке за јавну набавку dobara: потрошни материјал (medicinski, sanitetski, laboratorijski, rentgenski, papir za sterilizaciju i medicinske aparate, hemikalije i sl.), br. 016-15, molimo Vas za sledeća pojašnjenja:

**Partija 51**

Stavka 211 - rukavice hirurske za ginekoloske procedure(netalkirane, duzine min 480mm,debljina na prstima 0,24mm,debljina na dlanu 0,23mm )

Tražene rukavice za stavku 211 u ponudi ima samo jedan ponuđač u Srbiji. Podatak je javno dostupan na internet stranici ALiMS, koja je jedini ovlašćeni organ za poslove registracije

lekova i medicinskih sredstava . Pretragom medicinskih sredstva (<http://alims.gov.rs/ciril/medicinska> –

Sredstva/ pretrazivanje medicinskih sredstava) dobija se informacija da postoji samo jedan ponuđač koji može ponuditi rukavice hirurske za ginekoloske procedure, a iz toga proizilazi da je tehnička specifikacija partije 51 diskriminatorska i u suprotnosti sa čl.12 ZJN.

Kako samo jedan jedini ponuđač ima registrovane rukavice kod ALiMS ne postoji mogućnost da se učestvuje na tenderu ni kroz zajedničku ponudu, a ne postoji ni mogućnost dobijanja ovlašćenja od nosioca Rešenja ALiMS za učešće u postupku, što odgovorno tvrdimo prema našem dosadašnjem iskustvu na tenderima mnogih zdravstvenih ustanova, a što takođe možete proveriti na Portalu UJN prema odlukama za medičnski potrošni materijal za mnoge zdravstvene ustanove kao što su OB Prokuplje, OB Sremska Mitrovica, OB Leskovac, Institut za plućne bolesti Vojvodine, OB Loznica, OB Čuprija, OB Pirot i mnoge druge.

Jasno nam je da naručiocи pripremaju tehničku specifikaciju u skladu sa svojim potrebama, ali ipak moraju poštovati zakon o javnim nabavkama i jedno od njihovih osnovnih načela, član 10. Načelo obezbeđivanja konkurenčije.

Direktno je narušeno načelo obezbeđivanja konkurenčije ZJN kao i jednak položaj ponuđačima u skladu sa čl. 12 ZJN.

Takođe, moramo da napomenemo da Naručilac može i da zloupotrebi formiranje predmeta javne nabavke tako što će nabavci predmeta za koji postoji otvorena konkurenčija na tržištu da priljuči nešto za šta određeni ponuđač ima isključivo pravo, umesto da taj predmet, za koji postoji isključivo pravo, nabavlja posebno sa određenim ponuđačem kroz zasebnu partiju. Na način kako je oblikovana partija 51 omogućeno je da samo jedna ponuđač podnese ispravnu ponudu iako partija 51 obuhvata stavke za koje postoji otvorena konkurenčija i koje su u znatno većoj vrednosti od stavke pod rednim brojem 211.

Ukoliko imate isključivu potrebu za napred navedenim rukavicama, molimo Vas da ih izdvojite u zasebnu partiju i time ne narušavate transparentnost celog postupak.

#### Partija 54

Stavka 248 - špric sa navojem, za perfuzionu pumpu, od 50ml (luer lok)

Traženi špric za stavku 248 takođe može ponuditi samo jedan ponuđač, te Vas molimo da stavku 248 izdvojite u zasebnu partiju, obzirom da ne spade u srodna dobra sa ostalim stavkama špriceva traženim partijom 54.

#### Partija 82

Stavka 347 - flaster TEGADERM i.v. (i.v. transparentni flaster sa bordurom 5cm x 5,7cm) ili ekvivalent

Traženi flaster TEGADERM i.v. u ponudi ima takođe samo jedan ponuđač koji kao jedini ponuđač koji ima registrovan flaster kod ALiMS, koji ne daje ni ponude ni ovlašćenja za učešće na tenderima, obrazloženje je identično kao za partiju 51 stavka 211.

#### Partija 83

Stavka 353 - ginekološka tamponada esterilna 115cmX10m

Stavka 354 - set -operaciona kompresa sterilna 20x10,16-slojna sa RTG niti a 10kom

Tražene stavke 353-354 ima registrovane samo jedan ponuđač, koji kao jedini ponuđač koji ima registrovane tražene stavke 353-354 kod ALiMS ne daje ni ponude ni ovlašćenja za učešće na tenderima, obrazloženje je identično kao za partiju 51 stavka 211.

Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i izvršite razdvajanje određenih stavki iz partija 51, 54, 82, 83 i na taj način omogućite učešće većeg broja ponuđača ne narušavajući načelo konkurenčije i transparentnost celog postupka.

### 3.

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br: 124/2012, 14/2015 i 68/2015) dostavite dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku dobara, po partijama, javna nabavka broj O16-15 za 2017.

1. Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji u okviru tabele sa specifikacijom traženih dobara za partiju 46 naveo:

br. stavke 187 - *kapa hirurška -beretka: propustljiva za vazduh, dimenzija 21 "+-1/4", boja: zelena, gramaža materijala: 14 gsm+-1gsm*

br. stavke 188 - *mantil za jednokratnu upotrebu, propustljiv za vazduh, dimenzija 21 "+-1/4", boja: zelena, gramaža materijala: 25 gsm+-2gsm*

Molimo za pojašnjenje u vezi dimenzija traženih dobara, obzirom da su za kapu i mantil navedene identične dimenzije.

2. Odredbom člana 14. Modela okvirnog sporazuma predviđeno je da :

*Ako Dobavljač ne ispuni svoju ugovornu obavezu ili ako zadocni sa njenim ispunjenjem, dužan je da Naručiocu plati ugovornu kaznu i to:*

- u slučaju neispunjena ugovornih obaveza, u visini 5% (pet procenata) od ukupno ugovorne cene;
- u slučaju zadocnjenja u ispunjenju ugovornih obaveza, za svaki dan zadocnjenja u visini 0,5% od ukupno ugovorene cene, s tim što ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% ukupno ugovorene cene.

Dalje odredbom člana 9. Modela ugovora predviđeno je :

*Ako Dobavljač ne ispuni svoju ugovornu obavezu ili ako zadocni sa njenim ispunjenjem, dužan je da Naručiocu plati ugovornu kaznu i to:*

- u slučaju neispunjena ugovornih obaveza, u visini 5% (pet procenata) od ukupno ugovorne cene;
- u slučaju zadocnjenja u ispunjenju ugovornih obaveza, za svaki dan zadocnjenja u visini 0,5% od ukupno ugovorene cene, s tim što ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% ukupno ugovorene cene.

U vezi sa navedenim, predlažemo da izmenite osnovicu za obračun ugovorne kazne, te ugovornu kaznu za kašnjenje u isporuci definišete na način da ista iznosi 0,5 % od vrednosti robe isporučene sa zakašnjnjem za svaki dan zakašnjnenja, s tim da ugovorna kazna ne može biti veća od 5% od vrednosti robe isporučene sa zakašnjnjem, a ugovornu kaznu za neizvršenje kao 5 % od vrednosti robe koja nije isporučena.

Naime, imajući u vidu načelo savesnosti i poštenja Zakona o obligacionim odnosima smatramo definisanje ugovorne kazne na način kako ste predvideli spornim, obzirom da je kažnjavanje Dobavljača i za deo robe koji je po porudžbini savesno isporučio u svemu suprotnim načelu savesnosti i poštenja pomenutog Zakona.

### 4.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a u vezi sa JN 016-15 – potrošni materijal, molimo vas da iz razloga poštovanja Zakona o javnim nabavkama, izvršite izmenu dokumentacije za partiju 51 ,na taj način što bi trebalo da izvršite razdvajanje stavki pod rednim brojevima 195, 196, 197 i 198 iz ove partije u posebnu partiju. Smatramo da treba ukloniti ovu nepravilnost u sačinjavanju konkursne dokumentacije, jer su direktno narušena osnovna načela ZJN i to član 10 (načelo obezbeđivanja konkurencije) i član 12 (načelo jednakosti ponuđača)

U pomenutoj partiji 51 se nalazi više vrsta nesrodnih proizvoda ([klasa 2a i klasa 1 po klasifikaciji medicinskih sredstava ALIMS-a](#)) i različitih namena, što onemogućava podnošenje ponuda od strane više ponuđača. Formiranjem zasebnih partija za pregledne , hirurške i PVC rukavice bi se obezbedila veća konkurenca među ponuđačima, bio bi im omogućen ravnopravan položaj i data mogućnost da dostave svoje ponude. U nadi da će otkloniti uočenu nepravilnost i postupiti u skladu sa ZJN i primeniti predloženu promenu.

**ОДГОВОРИ:**

1. У припреми.
2. У припреми.
3. Врши се измена документације на следећи начин:
  - hirurška kaljača od flisa,da se ne klizaju; dimenzije: dužina: 38cm+-1cm; širina: 18cm+-1cm; boja:zelena ; gramaža materijala: 40 gsm+-2gsm
  - maska hirurška, troslojna sa savitljivom trakom za nos; boja:zelena; dimenzija: 17,5 cm x 9,2 cm +-1cm; gramaža materijala: 66 gsm+-3gsm
  - kapa hirurška -beretka: propustljiva za vazduh, dimenzija 21" +- 1/4" boja: zelena, gramaža materijala: 12 gsm+-1gsm
  - mantil za jednokratnu upotrebu, propustljiv za vazduh, dimenzija 110cm x 140cm +- 1cm, boja: zelena, gramaža materijala: 25 gsm+-2gsm
4. У припреми.  
\*\*\*  
У припреми је изменјени текст конкурсне документације и табеле структуре цене.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**