



# НАРОДНИ ФРОНТ

*гинеколошко - акушерска клиника*

Del. broj: O16-11/5-6

Datum: 05.09.2016.

PREDMET: Odgovori na pitanja ponuđača u postupku javne nabavke br. O16-11 za 2016. god. (hirurski konci)

PITANJA:

**I. U dodatnim uslovima trazire pod tackom 1.2.6** Референц листа за понуђена добра дата на меморандуму понуђача (**испоручене** вредности понуђених добара уназад 3 године од дана објављивања јавног позива морају бити најмање у висини вредности партије понуђених добара) са прилогом потврда референтних наручилаца/купаца које су дате на обрасцу XII конкурсне документације;

Molimo vas da nam pojasnite da li referentna lista treba da bude na memorandumu ili na vases obrascu koji je prilozen u dokumentaciji?

II.

1. Da li pod Conventional cutting iglom podrazumevate iglu trouglastog oblika kod koje je teme trouglastog poprečnog preseka igle na unutrašnjoj ivici krivine igle a ravna strana trouglastog poprečnog preseka igle na spoljašnjoj ivici krivine igle, što se obeležava sa simbolom trougla ▲?

2. Na koji način će se utvrđivati da li je ponuđeno dobro za stavku 12 partije 2 u skladu sa traženom specifikacijom pošto različiti proizvođači na različit način obeležavaju svoje cutting igle?

Tako pojedini proizvođači pod oznakom cutting podrazumevaju conventional cutting iglu (što se kako smo prethodno naveli obeležava sa simbolom trougla ▲), a drugi pod oznakom cutting podrazumevaju reverse cutting iglu koja se obeležava sa simbolom obrnutog trougla ▼.

Predlažemo da provera usklađenosti ponuda sa tehničkom specifikacijom bude obavljena otvaranjem i proverom uzorka na samom otvaranju ponuda uz prisustvo predstavnika ponuđača ili molimo Naručioca da odredi drugi nesumnjiv način provere kako ne bi došlo do grešaka pri oceni ponuda.


## ODGOVORI:

### I.

Referentna lista data na memorandumu ponudjača je spisak referentnih naručilaca za isporučena dobra u ponudjenoj partiji, a obrazac referentne potvrde (obrazac XII iz konkursne dokumentacije) je prilog toj referentnoj listi. Obrazac potvrde iz konkursne dokumentacije ne mora da bude na memorandumu ponudjača.

### II.

1. Simbol trougla je ▲.



2. Podrazumeva se conventional cutting ▲ i označava se sa CC. Ne nabavlja se u toj stavci reverse cutting (CR).

Otvaranje ponuda u predmetnom postupku će se izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU