

Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број: 18015-2018-7971
Датум: 11/05/2018

Одговор на питања за интересованих лица у поступку 018-4 (Операциони сто и плафонски операциони систем са 2 операционе лампе, главна и сателит лампа)

ПИТАЊА:

У вези са јавном набавком 018-4, за набавку Операционог стола и плафонског операционог система са 2 операционе лампе (главна и сателит лампа), достављамо Вам питања везана за партију 2, операциона лампа.

Питање бр 1: *Zahtevana minimalna karakteristika pod rednim brojem 9: Temperatura boje svetla od 3750K do 4750K sa mogućnošću izbora minimum 3 različite temperature boje.*

Да ли прихватате лампу која поседује распон температуре светла од 3800К до 5600К са избором 4 различите температуре светла? Доња граница представља разлику од 1% и коју је практично голим оком немогуће приметити, док горња граница значајно повећава употребљивост избора температуре светла јер је могуће светло прилагодити већем броју хируршких интервенција.

Stoga Vas molimo da minimalna karakteristika redni broj 9 glasi: Temperatura boje svetla od 3800K do 4750K ili veći opseg sa mogućnošću izbora minimum 3 različite temperature boje.

Питање бр 2: *Zahtevana minimalna karakteristika redni broj 13: Zračenje glavnog svetla < 500 W/m2.*

Да ли прихватате лампу која поседује зрачење главног светла 600 W/m²?

Molimo Vas da izmenite minimalnu karakteristiku pod rednim brojem 13, tako da glasi: Zračenje glavnog svetla ≤ 600 W/m².

ОДГОВОРИ:

1. Техничка спецификација остаје непромењена у овом делу.
2. Врши се измена конкурсне документације. Предметна карактеристика се изоставља из техничке спецификације и конкурсне документације.