



НАРОДНИ ФРОНТ

гинеколошко - акушерска клиника

Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број: 18015-2018-8381/1
Датум: 21/05/2018

Исправка Одговоранапитањазаинтересованихлица у поступкуО18-4од 18.05.2018. (Операциони сто и плафонски операциони систем са 2 операционе лампе,главна и сателит лампа)

Питање 5.

У измењеној конкурсној документацији, која је 11.05.2018. објављена на порталу јавних набавки, позиција 1.15 гласи „Нагиб плоче ногу електроподесив минимум +80/-90°“

Нагиб плоче ногу од +80° и више се користи углавном код ортопедских операционих столова, за операцију пете. Како се овде ради о набавци операционог стола за гинекологију, карактеристика нагиба плоче ногу од +80° или више је директно ограничавање конкурентности и представља кршење Закона о јавним набавкама, члан 10. Начело обезбеђивања конкурентности. Молимо да измените конкурсну документацију тако да ова карактеристика гласи: „Нагиб плоче ногу електроподесив минимум 0/90°“

Одговор 5.

Обе тражене карактеристике су захтев оператера за већом операбилнимом могућношћу стола а управо у контексту разноврсности гинеколошких операција – за радикалну вулвектомију **код препарације ингвино феморалних лимфатика***тренутно користимо више „јастучића“ које стављамо на сто који нема захтевани негативни нагиб што компромитује стерилност и безбедност операција. Позитиван нагиб је такође захтев како за вагиналне операције тако и за хистероскопске операције. Према нашим сазнањима више произвођача са више својих модела столова испуњавају тражене карактеристике. Наручилац остаје при својим захтевима и неће мењати тражене минималне карактеристике.

***измењени део одговора**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ О18-4