



ГАК НАРОДНИ ФРОНТ

Београд, Краљице Наталије 62.

Дел.број: 18015-2018-9023

Датум: 29/05/2018

Одговори на питања за заинтересованих лица у поступку О18-4 (Операциони сто и плафонски операциони систем са 2 операционе лампе, главна и сателит лампа)

Питања:

У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама, као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке добара - Операциони сто и плафонски операциони систем са 2 операционе лампе (главна и сателит лампа), број набавке ЈН бр. О18-4, достављамо вам захтев за додатним појашњењем конкурсне документације.

Изменом конкурсне документације од 25.05.2018. године, у партији 1: Операциони сто, изменили сте техничке карактеристике, и то ставке 1.15 и 2.4, на начин што сте ставку 1.15 која је гласила „нагиб плоче ногу електропodesив +80/-90°“ изменили у „нагиб плоче ногу електропodesив +90/-90°“, а ставку 2.4 која је гласила „дводелна плоча за ноге“ изменили тако да сада гласи „дводелна плоча за ноге са абдукцијом“.

Молимо вас за појашњење зашто сте изменили техничке карактеристике на начин што сте ограничили конкуренцију и омогућили само једном понуђачу да припреми прихватљиву понуду, а у делу спецификације која за вас није суштински важна? Наведеном изменом повредили сте чланове 10 и 12 Закона о јавним набавкама, основна начела поступка јавне набавке, те ограничили конкуренцију. Молимо вас да извршите измену конкурсне документације на начин што ћете вратити техничке карактеристике које су биле пре измене конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки дана 25.05.2018. године.

Одговори:

Измена конкурсне документације је извршена јер је уочено да у техничкој спецификацији није наведена основна карактеристика стола који је предвиђен за извођење гинеколошких операција - како отворених абдоминалних и вагиналних, тако и ендоскопских-лапароскопских и хистероскопских.

Наиме за вагиналне операције је НУЖНО да сто у радном делу ногу има могућност раздвајања плоча ногу са МОГУЋНОШЋУ абдукције-ширења ногу, јер само тако оператор и асистенти могу радити наведене вагиналне и хистероскопске операције, тако да нам је накнадно наведена карактеристика НУЖНА потреба да би сто био у функцији планираних операција, што до наведене измене техничке спецификације није уочено.

Такође, у току лапароскопских операција, инструментарка или један од асистената стоји између ногу пацијенткиње, што такође захтева неопходност опције абдукције стола, што је претходно направљен превид, па је та техничка спецификација изостављена.

Одговор на друго питање везано за угао плоче ногу већ је дат у претходним одговорима и гласи:

По захтеву оператора који раде радикалне вагиналне операције-радикалну вулвектомију где је у току операције због захтева радикалитета и безбедности извођења оперативног захвата неопходан МАКСИМАЛНИ могући угао подесивости стола, измењен је технички захтев, јер код препарације ингвинофеморалних лимфатика оператор палпира велике крвне судове ногу и мале карлице, за шта смо до сада користили више стерилних компреса које смо као "јастучиће" стављали испод карлице пацијента да бисмо добили одговарајући потребан угао, а да по нашем сазнању постоје најмање два понуђача који испуњавају тражене техничке карактеристике, захтев смо формулисали искључиво у контексту потреба оператора за максималном операбилношћу стола, као и безбедности пацијента.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ О18-4