

Гинеколошко-акушерска клиника «НАРОДНИ ФРОНТ»
Београд, Краљице Наталије 62.
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

.....
Del. broj: O15-14/5-3

Datum: 09.11.2015.

PREDMET: Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke br. O15-14 za 2015. god.

PITANJA:

Shodno Zakonu o Javnim nabavkama Republike Srbije dostavljamo Vam ovaj dopis u kome osporavamo tehničku specifikaciju, sadržinu poziva i konkursnu dokumentaciju za Javnu nabavku br.015-14 od 16.10.2015.godine.

Uočavamo sledeće nepravilnosti i nedostatke:

1. Tehnička specifikacija je u suprotnosti sa članom 10, članom 70 i članom 72 ZJN. Naručilac je predmetnu partiju oblikovao suprotno odredbama Zakona o Javnim nabavkama jer sve stavke specifikacije predstavljaju robni znak tj.trgovačke nazine proizvođača Brahms a nijedna nije praćena rečima „ili odgovarajuće“.
2. U pozivu za Javnu nabavku testova za double test i u pozivu i u specifikaciji je izostavljen neophodan element – software za kalkulaciju prenatalnog rizika. Software je integralan i neraskidiv deo prenatalnog skrinininga. Vrednosti biohemičkih markera za određivanje rizika u trudnoći jedino se mogu koristiti i biti upotrebljeni kao ulazni parametri u obradi software-om za prenatalni skrining. Software za obradu podataka služi kao sredstvo da se proceni rizik kod trudnica na genetske i fiziološke anomalije ploda na osnovu ultrazvučnih i biohemičkih markera. Dobijene numeričke vrednosti markera ne mogu se tumačiti separatno već se uvek moraju ubaciti u software i kombinovati sa drugim relevantnim podacima trudnoće.
3. Takođe, u naslovu Javne nabavke je navedeno da se traže reagensi za double i triple test, a u specifikaciji su navedeni samo prenatalni markeri za double test.

OBRAZLOŽENJE

1. Shodno načelu obezbeđivanja konkurenčije Zakon o javnim nabavkama predviđa da navođenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača mora biti praćeno rečima „ili odgovarajuće“. Smatramo da naručilac ovakvom specifikacijom u kojoj je u opisu proizvoda za svaku stavku izostavljen tekst „ili odgovarajuće“ suprotno ZJN ograničava konkurenčiju.
2. Za razliku od većine biohemijskih parametara (glukoza, holesterol...), hormona (lh, fsh, estradiol...) i markera (psa, cea,...) za koje postoje očekivane-referentne vrednosti, normalne i patološke, kod biohemiskih markera rizika trudnoće dobijene numeričke vrednosti nemaju nikavu dijagnostičku upotrebu i kod njih ne postoje ni očekivane ni referentne vrednosti. Dobijeni rezultati biohemijskih markera iz seruma trudnice su potpuno unikatni za svaku trudnicu i mogu se tumačiti jedino uz pomoć software-a za prenatalni skrining. Iz razloga specifičnosti biohemijskih markera trudnoće u odnosu na senzitivnost i metodu, različiti proizvođači su razvili ili koriste različite software za obradu prenatalnog skrininga. Svi ovi software-i imaju u osnovi isti matematički logaritam a razlikuju se po veličini i kvalitetu statističke baze podataka, broju parametara koji uzimaju u kalkulaciju i vrednostima za MoM-ove koji su vezani za paletu i vrstu testova koji se koriste. Software za procenu prenatalnog rizika mora biti licenciran na ustanovu u kojoj se radi ova dijagnostička metoda i jedino u tom slučaju je konačni nalaz korektan i validan. U svakom slučaju ponuđač testova za prenatalni skrining je u obavezi da obezbedi odgovarajući softver koji odgovara njegovim reagensima, merodavne medijane i ostale valide statističke parametre za odgovarajući ponuđeni software-ski program kao i unikatnu softver-sku licencu koja glasi na ime naručioca. Numeričke vrednosti biohemijskih parametara za prenatalni rizik bez odgovarajućeg software-a mogu se koristiti jedino u svrhu naučnog istraživanja a nikako u rutinskom dijagnostičkom procesu. Ovu situaciju je prepoznao i definisao Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima koji je ovakvu vrstu prenatalnih software-a kategorisao u medicinsko sredstvo, u istoj kategoriji u kojoj su reagensi i imunohemijski analizatori. U slučaju da ponuđač ne obezbedi odgovarajući softver za obradu podataka dolazimo u situaciju da se nabavkom testova dobiju rezultati koji su potpuno dijagnostički neupotrebљivi.
3. Prenatalni skrining obuhvata double i triple test dok je u specifikaciji lista parametara samo za double test.

Molimo da se konkursna dokumentacija izmeni u skladu Zakonom o Javnim nabavkama i gore navedenim primedbama.

ODGOVORI:

1. U opisu svake stavke tehničke specifikacije dodaju se reči „ili odgovarajuće“, odnosno vrši se izmena i dopuna konkursne dokumentacije i produžava rok za predaju ponuda;
2. Softver za kalkulaciju prenatalnog rizika nije predmet nabavke O15-14 za 2015. godinu. Doktori Odeljenja visokorizičnih trudnoća I Odeljenja dnevne bolnice visokorizičnih trudnoća su sertifikovani za rad sa postojećim softverom FMF fondacije koji je dostupan na sajtu FMF fondacije i koriste ga za izračunavanje individualnog rizika svake trudnoće, tako da im nije neophodna nabavka softvera preko dobavljača.
3. Iz teksta konkursne dokumentacije izostavlja se reč „triple“, odnosno vrši se izmena konkursne dokumentacije i produžava rok za predaju ponuda;

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU