



Гинеколошко-акушерска клиника «НАРОДНИ ФРОНТ»
Београд, Краљице Наталије 62.
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

Дел. број:

Датум:

ПРЕДМЕТ: Одговори 8 на питања понуђача у поступку јавне набавке бр. 016-15 за 2016. год. (потребни материјал)

ПИТАЊА:

1. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a u vezi sa JN 016-15 – потрошни материјал, molimo vas da nam odgovorite na pitanje da li se radi o štamparskoj grešci za partiju 51, где je pod rednim brojevima 195, 196, 197 и 198 stoji „rukavice pregledne sa puderom“.

Smatramo da je dosta neobično da se u ovoj referentnoj zdravstvenoj ustanovi traže rukavice pregledne sa puderom budući da znamo da se već nekoliko godina unazad u GAK-u koriste NEPUDERISANE pregledne rukavice, a obzirom na radni ambijent i medicinske procedure u GAK-u gde je потреба израžено iskazana потреба заštite pacijenata i medicinskog osoblja obzirom na karakter i značaj ustanove.

Naime radi se o praksi rada sa najjeftinijim rukavicama koje sve više izlaze u upotrebe čak i kod nas, a u SAD je njihovo regulatorno telo FDA prošle godine (mart 2016) pokrenuo postupak za zabranu pometa i rada sa ovim rukavicama zbog štetnog dejstva pudera kojim se prenose proteini koji su uzročnici raznih alergija ali i bolesti koje proteini izazivaju (u nastavku je dokument sa web stranice FDA)

Today, the U.S. Food and Drug Administration announced a proposal to ban most powdered gloves in the United States. While use of these gloves is decreasing, they pose an unreasonable and substantial risk of illness or injury to health care providers, patients and other individuals who are exposed to them, which cannot be corrected through new or updated labeling.

The proposed ban applies to powdered surgeon's gloves, powdered patient examination gloves and absorbable powder for lubricating a surgeon's glove.

"This ban is about protecting patients and health care professionals from a danger they might not even be aware of," said Jeffrey Shuren, M.D., director of FDA's Center for Devices and Radiological Health. "We take bans very seriously and only take this action when we feel it's necessary to protect the public health."

Powder is sometimes added to gloves to help make it easier to put them on and take them off; however, powdered gloves are dangerous for a variety of reasons. In particular, aerosolized glove powder on natural rubber latex gloves, but not on synthetic powdered gloves, can carry proteins that may cause respiratory allergic reactions. Although powdered synthetic gloves do not present the risk of allergic reactions, these devices are associated with an extensive list of potentially serious adverse events, including severe airway inflammation, wound inflammation, and post-surgical adhesions, which are bands of fibrous scar tissue that form between internal organs and tissues. These side effects have been attributed to the use of glove powder with all types of gloves.

As these risks cannot be corrected through new or updated labeling, the FDA is moving forward with the proposal to ban these products, which – if finalized – would ultimately remove them from the marketplace completely.

- 2.** U vezi javne nabavke za javnu nabavku dobara: potrošni materijal (medicinski, sanitetski, laboratorijski, rentgenski, papir za sterilizaciju i medicinske aparate, hemikalije i sl.), br. 016-15, molimo Vas za sledeća pojašnjenja:

Partija 51

Stavka 211 - rukavice hirurske za ginekoloske procedure (netalkirane, duzine min 480mm, debljina na prstima 0,24mm, debljina na dlanu 0,23mm)

Tražene rukavice za stavku 211 u ponudi ima samo jedan ponuđač u Srbiji. Podatak je javno dostupan na internet stranici ALiMS, koja je jedini ovlašćeni organ za poslove registracije lekova i medicinskih sredstava. Pretragom medicinskih sredstva (<http://alims.gov.rs/ciril/medicinska> – Sredstva/ pretrazivanje medicinskih sredstava) dobija se informacija da postoji samo jedan ponuđač koji može ponuditi rukavice hirurske za ginekoloske procedure, a iz toga proizilazi da je tehnička specifikacija partije 51 diskriminatorska i u suprotnosti sa čl.12 ZJN.

Kako samo jedan jedini ponuđač ima registrovane rukavice kod ALiMS ne postoji mogućnost da se učestvuje na tenderu ni kroz zajedničku ponudu, a ne postoji ni mogućnost dobijanja ovlašćenja od nosioca Rešenja ALiMS za učešće u postupku, što odgovorno tvrdimo prema našem dosadašnjem iskustvu na tenderima mnogih zdravstvenih ustanova, a što takođe možete proveriti na Portalu UJN prema odlukama za medičnski potrošni materijal za mnoge zdravstvene ustanove kao što su OB Prokuplje, OB Sremska Mitrovica, OB Leskovac, Institut za plućne bolesti Vojvodine, OB Loznica, OB Čuprija, OB Pirot i mnoge druge.

Jasno nam je da naručioc pripremaju tehničku specifikaciju u skladu sa svojim potrebama, ali ipak moraju poštovati zakon o javnim nabavkama i jedno od njihovih osnovnih načela, član 10. Načelo obezbeđivanja konkurenčije.

Direktно je narušeno načelo obezbeđivanja konkurenčije ZJN kao i jednak položaj ponuđačima u skladu sa čl. 12 ZJN.

Takođe, moramo da napomenemo da Naručilac može i da zloupotrebi formiranje predmeta javne nabavke tako što će nabavci predmeta za koji postoji otvorena konkurenčija na tržištu da priljuči nešto za šta određeni ponuđač ima isključivo pravo, umesto da taj predmet, za koji postoji isključivo pravo, nabavlja posebno sa određenim ponuđačem kroz zasebnu partiju. Na način kako je oblikovana partija 51 omogućeno je da samo jedna ponuđač podnese ispravnu ponudu iako partija 51 obuhvata stavke za koje postoji otvorena konkurenčija i koje su u znatno većoj vrednosti od stavke pod rednim brojem 211.

Ukoliko imate isključivu potrebu za napred navedenim rukavicama, molimo Vas da ih izdvojite u zasebnu partiju i time ne narušavate transparentnost celog postupak.

Partija 54

Stavka 248 - špric sa navojem, za perfuzionu pumpu, od 50ml (luer lok)

Traženi špric za stavku 248 takođe može ponuditi samo jedan ponuđač, te Vas molimo da stavku 248 izdvojite u zasebnu partiju, obzirom da ne spade u srodnja dobra sa ostalim stavkama špriceva traženim partijom 54.

Partija 82

Stavka 347 - flaster TEGADERM i.v. (i.v. transparentni flaster sa bordurom 5cm x 5,7cm) ili ekvivalent

Traženi flaster TEGADERM i.v. u ponudi ima takođe samo jedan ponuđač koji kao jedini ponuđač koji ima registrovan flaster kod ALiMS, koji ne daje ni ponude ni ovlašćenja za učešće na tenderima, obrazloženje je identično kao za partiju 51 stavka 211.

Partija 83

Stavka 353 - ginekološka tamponada esterilna 115cmX10m

Stavka 354 - set -operaciona kompresa sterilna 20x10,16-slojna sa RTG niti a 10kom

Tražene stavke 353-354 ima registrirane samo jedan ponuđač, koji kao jedini ponuđač koji ima registrirane tražene stavke 353-354 kod ALiMS ne daje ni ponude ni ovlašćenja za učešće na tenderima, obrazloženje je identično kao za partiju 51 stavka 211.

Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i izvršite razdvajanje određenih stavki iz partija 51, 54, 82, 83 i na taj način omogućite učešće većeg broja ponuđača ne narušavajući načelo konkurenčije i transparentnost celog postupka.

3. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a u vezi sa JN 016-15 – potrošni materijal, molimo vas da iz razloga poštovanja Zakona o javnim nabavkama, izvršite izmenu dokumentacije za partiju 51 ,na taj način što bi trebalo da izvršite razdvajanje stavki pod rednim brojevima 195, 196, 197 i 198 iz ove partije u posebnu partiju. Smatramo da treba ukloniti ovu nepravilnost u sačinjavanju konkursne dokumentacije, jer su direktno narušena osnovna načela ZJN i to član 10 (načelo obezbeđivanja konkurenčije) i član 12 (načelo jednakosti ponuđača)

U pomenutoj partiji 51 se nalazi više vrsta nesrodnih proizvoda ([klasa 2a i klasa 1 po klasifikaciji medicinskih sredstava ALIMS-a](#)) i različitih namena, što onemogućava podnošenje ponuda od strane više ponuđača. Formiranjem zasebnih partija za pregledne , hirurške i PVC rukavice bi se obezbedila veća konkurenčija među

ponuđačima, bio bi im omogućen ravnopravan položaj i data mogućnost da dostave svoje ponude. U nadi da će te otkloniti uočenu nepravilnost i postupiti u skladu sa ZJN i primeniti predloženu promenu.

ОДГОВОРИ:

1. Врши се измена документације. Брисана је назнака "са пудером".
2. Врши се измена документације. Партија 51 се дели на партије 51a, 51б и 51ц, с тим да се партија 51ц брише.
Партију 54 чине шприцеви што је апсолутно неодвојиво јер је у питању иста или слична намена, а исто се односи и на фластере, као и на партију 83 (газете, тампони и компресе).
3. Врши се измена документације. Партија 51 се дели на партије 51a, 51б и 51ц, с тим да се партија 51ц брише.