

П О З И В
за доставу понуде

Назив набавке: Центрифуга за центрифугирање узорака у лабораторији

Назив понуђача: _____, Адреса: _____

ПИБ: _____, Матични број: _____

Контакт: _____, е-маил: _____

Текући рачун: _____, Банка: _____

Законски заступник: _____

Понуда број _____ Датум _____

рб	Предмет набавке	јм	количина	Јед. цена без ПДВ-а у дин.	Цена укупно без ПДВ-а у дин.	Произвођач и модел
1	Центрифуга за узорке	ком	1			
Укупно без ПДВ-а						
ПДВ						
Укупно са ПДВ-ом						

*Привредни субјект доставља каталог, извод из каталога, технички лист или други релевантан документ са сликом и техничким карактеристикама добра које нуди, а из којих је могуће неспорно утврдити да понуђено добро поседује све захтеване техничке карактеристике из спецификације Наручиоца.

Рок за подношење понуде	21.07.2025. до 10 часова
Начин подношења понуде	javnenabavke@gakfront.org
Критеријум за оцену понуде	Најнижа понуђена цена
Начин плаћања	Одложено, 60 дана по фактурисању
Начин испоруке / извршења	10 дана након потписивања уговора
Важност понуде	30 дана

Техничке карактеристике:

Centrifuga Rotofix 32 A „ili odgovarajuće“ sa 28 mesta

- Mogućnost menjanja rotora, fiksnih i njihajućih („swing-out“)
- Registrovana kod Agenciji za lekove i medicinska sredstva
- Zaštita od pada poklopca
- Zaključavanje poklopca jednom rukom
- Otvor na vrhu poklopca za vizuelno praćenje centrifugiranja
- Maksimalni RCF minimum: 4,200
- Maksimalni RPM minimum: 6,000, mogućnost podešavanja u podeocima od 100
- Vreme centrifugiranja do 99minuta; mogućnost kontinuiranog centrifugiranja; mogućnost kratkog centrifugiranja
- Spoljašnje dimenzije do: 400mmX450mmX300mm (ŠxDxV)
- Težina do 25kg
- Metalno kućište
- Unutrašnjost komore od nerđajućeg čelika
- Automatsko prepoznavanje rotora i prepoznavanje disbalansa rotora
- Nivo buke do 55dB
- Zvučna signalizacija nakon završetka centrifugiranja
- Kontrola putem tastature
- Proizvođač u skladu sa: EU regulativom 2017/746
- Proizvođač treba da poseduje sledeće sertifikate: ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
- Deklaracija o konformitetu - CE sertifikat

Rotor sa adapterima

- Njihajući rotor pod uglom od 90° maksimalnog kapaciteta minimum 4x50ml
- Nosači za ukupno 28 mesta po rotoru, za vakum epruvete od 1,6 do 7ml, odnosno za epruvete do 15ml. Mesto za 7 epruveta po nosaču. Prečnik epruveta 13 do 17mm dužina 75mm do 100mm.
- Adapteri za ukupno 28 vakum epruvete od 5ml dimenzija 13x75 mm
- Vreme postizanja pune brzine rotora do 25 sec
- Vreme zaustavljanja rotora do 25 sec