



НАРОДНИ ФРОНТ

гинеколошко - акушерска клиника

Београд, Краљице Наталије 62.

Дел.број: 18015-2018-8104

Датум: 14/05/2018

Одговори на питања заинтересованих лица у поступку О18-4 (Операциони сто и плафонски операциони систем са 2 операционе лампе, главна и сателит лампа)

ПИТАЊА:

Партија 1 : Мобилни операциони сто за гинекологију

Ставка 1.8. Распон висине стола минимум 700-1050 мм

Питање 1 : Да ли је прихватљиво да се понуди операциони сто који поседује распон висине стола 675-1025 мм ?

Ставка 1.9. Тренделенбург и реверзибилни Тренделенбург минимум +25°/-35°

Питање 2 : Да ли је прихватљиво да се понуди операциони сто који поседује Тренделенбург и реверзибилни Тренделенбург минимум +25°/-25°

Ставка 1.15 : Нагиб плоче ногу електроподесив +80°/-90°

Питање 3 : Да ли је прихватљиво да се понуди операциони сто који поседује Нагиб плоче ногу електроподесив +20°/-90°

Ставка 1.16 : Дозвољено оптерећење стола минимум 450 kg

Питање 4 : Да ли је прихватљиво да се понуди операциони сто са дозвољеним оптерећењем 250 kg

Партија 2 : Плафонска операциона лампа

Ставка 9 : Температура боје светла од 3.750 –4.750 К са могућношћу избора минимум 3 различите температуре боје

Питање 5 : Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : „Температура боје светла од 3.800 –4.750 К (или већи опсег) са могућношћу избора минимум 3 различите температуре боје“ , будући да је у питању само незнатно одступање од тражене карактеристике

Ставка 13 : Зрачење главног светла <500 W/m²

Питање 6 : Да ли је прихватљиво да се понуди лампа са зрачењем главног светла <580 W/m² , будући да је у питању мање одступање, које не утиче на квалитет лампе.

ОДГОВОРИ:

1. Потребно је да се понуда сачини према конкурсној документацији која је објављена на Порталу јавних набавки дана 11.05.2018. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ О18-4